

Број: 1415/1  
Дана: 08.05.2020.

**Предмет: Појашњење конкурсне документације**

У отвореном поступку јавне набавке – Лабораторијски материјал редни број 2/2020 постављена су следећа питања:

**питање:**

„Молимо Вас за појашњење у вези јавне набавке број 2/2020, партија 8 – Тестови за аутоклав:

1. Ставка 1 – Хемијски индикатор за мониторинг процеса влажне стерилизације:
  - Молимо Вас да прецизирате који тачно тип индикатора је прихватљиво понудити: тип 4, тип 5, тип 6?
2. Ставка 3 – Тест за биолошку контролу суве стерилизације:
  - Да ли Вам је потребна биолошка контрола суве стерилизације која садржи бактеријски сој *Bacillus Atrophaeus* ATCC 9372?
  - Молимо Вас прецизирајте да ли је прихватљиво понудити биолошку контролу суве стерилизације у форми ампуле или у форми трачице (стрип) уз медијум за култивацију?“

**одговор:**

1. Ставка 1 – Хемијски индикатор за мониторинг процеса влажне стерилизације ISO 11140-1 класа 4.
2. Ставка 3 – Тест за биолошку контролу суве стерилизације:
  - потребно је да садржи *Bacillus Atrophaeus*;
  - могу се понудити обе варијанте.

Овај документ је саставни део конкурсне документације број 1214 од 15.04.2020. године у поступку јавне набавке – Лабораторијски материјал редни број 2/2020 и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно конкурсној документацији и овом документу.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ