

Број: 1452/1

Дана: 12.05.2020.

Предмет: Појашњење конкурсне документације

У отвореном поступку јавне набавке – Лабораторијски материјал редни број 2/2020 постављена су следећа питања:

питање:

„ЈН 2/2020 Лабораторијски материјал партија 20 Филтери и сорбенти за органске полутанте:

Ставка 1:

Боросиликатни глас фибер филтер; за суспендоване материје у водама (површинске и отпадне); без биндера; маса филтера 50-100g/m², губитак масе следеће тест пробе филтера до 0.3mg/filtru; пречник филтера 50 mm – која је захтевана величина пора за овај глас фибер филтер?

Ставка 17:

Glass-Microfibre Discs, величина пора 45 μm, пречник 50 mm – величина пора је 45um или 0,45um за тражени глас фибер филтер.

одговор:

Партија 20. ставка 1. – До сада смо користили филтер папире Munktell Art No 3.1103.050 и CHM Lab Cat No GF3-050.

Партија 20. ставка 17. – Одговор је садржан у Другој измени конкурсне документације број 1471 од 12.05.2020. године.

Овај документ је саставни део конкурсне документације број 1214 од 15.04.2020. године у поступку јавне набавке – Лабораторијски материјал редни број 2/2020 и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно конкурсној документацији и овом документу.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ