

Број: 1498/1

Дана: 14.05.2020.

Предмет: Појашњење конкурсне документације

У отвореном поступку јавне набавке – Лабораторијски материјал редни број 2/2020 постављено је следеће питање:

питање:

„У ЈН 2/2020 – партија 19 – Ставка 70

Тражили сте следеће

Епрувета бакто 25x250mm, дебљина зида епрувете да буде минимално 1 mm, А класа.

Пошто се епрувете не израђују у класама јер нису одмерни судови, молим вас да захтев за А класом избаците из описа. Уколико инсистирате на А класи молим Вас да наведете каталогски број епрувета које сте до сада користили.“

одговор:

Може се понудити епрувета бакто 25x250mm, дебљина зида епрувете да буде минимално 1 mm.

Овај документ је саставни део конкурсне документације број 1214 од 15.04.2020. године у поступку јавне набавке – Лабораторијски материјал редни број 2/2020 и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно конкурсној документацији и овом документу.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ