

Број: 1515/1

Дана: 15.05.2020.

Предмет: Појашњење конкурсне документације

У отвореном поступку јавне набавке – Лабораторијски материјал редни број 2/2020 постављена су следећа питања:

питање:

„Партија 19
Ставка 47 и 67 – да ли је одговарајуће понудити стаклени штапић дужине 200 mm?
Ставка 49 – да ли је одговарајуће понудити зделу запремине 160 ml?
Ставка 52 – да ли је одговарајуће понудити боца са капаљком од 60 ml?
Ставка 85 – да ли је одговарајуће понудити кварцни тигл 120 ml димензије фи 6cm,
висина 7,5 cm?“

одговор:

Партија 19, ставка 47. и 67. – може се понудити стаклени штапић дужине 200 mm.
Партија 19, ставка 49. – остајемо при захтевима из техничке спецификације.
Партија 19, ставка 52. – може се понудити боца са капаљком од 60 ml.
Партија 19, ставка 85. – може се понудити кварцни тигл наведених димензија.

Овај документ је саставни део конкурсне документације број 1214 од 15.04.2020. године у поступку јавне набавке – Лабораторијски материјал редни број 2/2020 и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно конкурсној документацији и овом документу.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ