

НАРУЧИЛАЦ:
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН
Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15
Број: 779
Датум: 09.03.2020.


**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ ЕТАЛОНИРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ**

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ 4/2020

март 2020. године

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.....	3
II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.....	4
III УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.....	8
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА.....	10
V ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА).....	11
VI МОДЕЛ УГОВОРА.....	35
VII ОБРАСЦИ.....	38
Образац: 1 – подаци о понуђачу.....	39
Образац: 1а – подаци о подизвођачу.....	40
Образац: 1б – подаци о учеснику у заједничкој понуди.....	41
Образац: 2 – понуда.....	42
Образац: 3 – изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН.....	43
Образац: 3а – изјава подизвођача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН.....	44
Образац 4 – изјава о независној понуди.....	45
Образац: 5 – трошкови припреме понуде.....	46



I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавна набавка редни број 4/2020.

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке: услуге – еталонирање лабораторијске опреме (ознака из општег речника набавке: 50400000 – услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме).

Јавна набавка је обликована у 11 партија, и то:

- Партија 1 – Апарати за мерење нивоа буке,
- Партија 2 – Апарати за узорковање ваздуха и апарат за проверу протока ваздуха (протокомер),
- Партија 3 – Помично мерило са дигиталним дисплејом,
- Партија 4 – Дигитални манометар,
- Партија 5 – Опрема за мерење запремине,
- Партија 6 – Апарати за мерење оптичких величина,
- Партија 7 – ICP-OES спектрофотометар,
- Партија 8 – Ваге,
- Партија 9 – Термометри,
- Партија 10 – Термостатске коморе,
- Партија 11 – Тегови.

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Назив наручиоца:	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН
Седиште наручиоца:	Зрењанин
Адреса наручиоца:	Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15
Интернет страница:	www.zastitazdravlja.rs
Шифра делатности:	86.90, 86.22, 85.59, 71.20, 81.29, 38.12, 38.22
Лице овлашћено за заступање:	Мр сци. мед. др Здравко Ждрале
Матични број:	08169454
ПИБ:	100655222
Телефон:	023/566-345
Телефакс:	023/560-156
Контакт лице:	Ана Димитрић, Зорица Пауљев

II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити састављена у складу са позивом за подношење понуда, конкурсном документацијом и овим упутством.

Понуда се подноси на српском језику.

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику.

Понуђач доставља понуду искључиво на обрасцима који су утврђени овом конкурсном документацијом. Обрасци се попуњавају читко, јасно и недвосмислено, потписују од стране овлашћеног лица и оверавају печатом.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуду доставити на адресу: Завод за јавно здравље Зрењанин, Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: УСЛУГЕ ЕТАЛОНИРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ РЕДНИ БРОЈ 4/2020, ПАРТИЈА БРОЈ _____“ са називом и адресом понуђача, бројем телефона и контакт особом.

Рок за подношење понуда је **18.03.2020.** године до **10,00 часова.**

Свака понуда коју наручилац прими по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом и вратиће се неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање благовремених понуда обавиће се јавно, дана **18.03.2020. године у 10,15 часова** у пословној згради Завода за јавно здравље Зрењанин у Зрењанину, ул. Др Емила Гаврила бр. 15.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или све партије. **Понуде се достављају за сваку партију у посебној коверти. За сваку партију потребно је доставити све обрасце, техничку спецификацију и модел уговора.**

Понуда са варијантама није дозвољена.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. На коверти мора бити стављена јасна назнака да је реч о изменама, допунама или опозиву понуде за предметну јавну набавку и да се коверта не отвара. У случају опозива понуде, таква понуда биће неотворена враћена понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће за извођење набавке ангажовати подизвођача, уколико ангажује подизвођача да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуду може поднети група понуђача.

Ако група понуђача поднесе заједничку понуду, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. ст. 4. Закона о јавним набавкама.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

Цена је фиксна и не мож се мењати током трајања уговора.

Плаћање се врши након извршене услуге, на основу фактуре понуђача, у року од 30 (тридесет) дана од дана испостављања фактуре.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда неће се сматрати поверљивим подацима.

Понуђач може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Завод за јавно здравље Зрењанин, Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15, електронске поште на e-mail: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs или факсом на број: 023/560-156 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима се може доставити радним данима (од понедељка до петка). Комуникација у поступку јавне набавке се врши у складу са чланом 20. ЗЈН.

Тражење додатних информација телефоном није дозвољено.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац може после отварања понуде писменим путем затражити од понуђача додатна објашњења која су потребна за преглед, вредновање и упоређивање понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу достави додатна објашњења, у року који одреди наручилац, а уколико у наведеном року не достави објашњења, наручилац ће његову понуду одбити као неисправну.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. То се врши попуњавањем, потписивањем и печатањем Обрасца број 3.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Захтев за заштиту права понуђача подноси се наручиоцу, у писаном облику, а копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права на одлуку о обустави поступка или одлуку о додели уговора подноси се у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. ст. 2. тач. 5) Закона о јавним набавкама.

Сви трошкови везани за припрему понуде падају искључиво на терет понуђача.

III УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
- 4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
- 5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који поседује Сертификат о акредитацији од стране АТС-а у чијем се обиму акредитације налазе тражене услуге еталонирања.

3. Упутство како се доказује испуњеност услова.

Испуњеност обавезних услова понуђач доказује писменом изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу (Образац број 3).

Испуњеност додатног услова понуђач доказује достављањем Сертификата о акредитацији и обим акредитације за тражене услуге еталонирања.

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (Образац број 3а), а доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) сваки понуђач из групе понуђача мора да достави доказе о испуњености услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (Образац 3), а доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 5) дужан је да достави понуђач из групе

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове испуњавају заједно.

Друга обавезна документа (обрасци) која понуђач мора да достави:

- **попуњену, потписану и печатом оверену техничку спецификацију;**
- **попуњене, потписане и печатом оверене обрасце број: 1, 2, 3, 4 и 5, а обрасце број 1а, 1б и 3а уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно уколико понуду подноси група понуђача;**
- **попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.**

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда понуђача који има краћи рок извршења услуге која је предмет јавне набавке.

V ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

ПАРТИЈА БРОЈ: 1

АПАРАТИ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА БУКЕ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kalibrator zvuka	4231	np	Bruel Kjaer	2385352	819	07.2020.		
2.	Akustični fonometar	BK 2250	20-120 dB	Bruel Kjaer	3008279	1823	07.2020.		
3.	Filteri (oktavni i terni) akuakustičnog fonometra	BK 2250		Bruel Kjaer	3008279	1823	07.2020.		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:									
ПДВ:									
УКУПНО СА ПДВ-ом:									

Рок за извршење услуге еталонирања не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.

Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

ПАРТИЈА БРОЈ: 2

АПАРАТИ ЗА УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА И АПАРАТ ЗА ПРОВЕРУ ПРОТОКА ВАЗДУХА (ПРОТОКОМЕР)									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Protokomer	822S-M-3-OV1-PV1-V4-T	-	Sierra instruments	163826	1644	07.2020.		
2.	Aparat za uzorkovanje suspendovanih čestica	LVS3/MVS6	-	Swen Lackel	09-0053	1363	07.2020.		
3.	Aparat za uzorkovanje vazduha	AT 201X2	0,3-1,7 l/min	Pro-ekos Beograd	-	960	06.2020.		
4.	Aparat za uzorkovanje vazduha	AT 801X2	0,3-1,7 l/min	Pro-ekos Beograd	-	961	06.2020.		
5.	Aparat za uzorkovanje vazduha	1067-TUBE SEMPLER	0,0-500 dm ³ /min	Supelco	011 905	1342	07.2020.		
6.	Aparat za uzorkovanje suspendovanih čestica	MVS6	-	Swen Lackel	13/0067	1712	07.2020.		
7.	Digitalni termometar sa eksternom sondom	Aparat za uzorkovanje suspendovanih čestica LVS3/MVS6	-	Swen Lackel	09-0053	1712	07.2020.		
8.	Pretvarač apsolutnog pritiska	Aparat za uzorkovanje suspendovanih čestica	-	Swen Lackel	13/0067	1712	07.2020.		

АПАРАТИ ЗА УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА И АПАРАТ ЗА ПРОВЕРУ ПРОТОКА ВАЗДУХА (ПРОТОКОМЕР)									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		MVS6							
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:									
ПДВ:									
УКУПНО СА ПДВ-ом:									

Рок за извршење услуге еталонирања не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.

Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

ПАРТИЈА БРОЈ: 3

ПОМИЧНО МЕРИЛО СА ДИГИТАЛНИМ ДИСПЛЕЈОМ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pomično merilo sa digitalnim displejom	150 MM	150 mm	WOMAX	0.572.595	2018	07.2020		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:									
ПДВ:									
УКУПНО СА ПДВ-ом:									

Рок за извршење услуге еталонирања не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.

Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

ПАРТИЈА БРОЈ: 4

ДИГИТАЛНИ МАНОМЕТАР									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Digitalni manometar	511	300-1200 mbar	TESTO	39109038/309	1748	04.2020.		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:									
ПДВ:									
УКУПНО СА ПДВ-ом:									

Рок за извршење услуге еталонирања не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.

Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

ПАРТИЈА БРОЈ: 5

ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ЗАПРЕМИНЕ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna Varijabilna	0.5-5ml	Ependorf	473985	1599	11.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
2.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna Varijabilna	1-10 ml	Ependorf	3801074	1391	12.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
3.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna Varijabilna	100- 1000µl	Ependorf	114012Z	1410	07.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
4.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna Varijabilna	100- 1000µl	Thermo elektron	AA41979	1632	05.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
5.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna Varijabilna	1-10ml	Eppendorf	1279669	1546	12.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
6.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna Varijabilna	1-10 ml	Brand	04k59138	1645	03.2021.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
7.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna Varijabilna	100-1000µL	Brand	10M75927	1779	05.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
8.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna Varijabilna	100-1000µL	Brand	16M92102	1955	05.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
9.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna Varijabilna	100-1000µL	Brand	17K13412	1956	07.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
10.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna Varijabilna	10-100 µL	Ependorf	G41363F	1850	05.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
11.	DIGITALNA BIRETA	Burete digital 50	0- 50ml	Brand	02 e 2418	1052	12.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
12.	DIGITALNA BIRETA	Digitrate 50	0-50 ml	Jencons	Q6500	1042	12.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
13.	DISPENZOR	Varijabilni	5-25 ml	Brand	01h11372	1394	12.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
14.	DISPENZOR	Varijabilni	1-10ml	Socorex swiss	06071625	1501	10.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	

ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ЗАПРЕМИНЕ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	DISPENZOR	Varijabilni	1-10 ml	Accura socorex	19051001	1371	12.2020.	Provera na 3 tačke iz opsega merenja	
16.	AUTOMATSKA PIPETA	jednokanalna, varijabilna	10-100 µl	BRAND	05E63795	1103	01.07.2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
17.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna, Varijabilna	2-20 µl	SOCOREX	16101692	1161	26.08.2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
18.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna, Varijabilna	2-20 µl	SOCOREX	17071112	1162	01.07.2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
19.	AUTOMATSKA PIPETA	jednokanalna, varijabilna	100-1000µl	BRAND	05U2070	1318	01.07.2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
20.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna, Varijabilna	100-1000µl	BRAND	05U2064	1319	02.2021.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
21.	MIKROPIPETA	JEDNOKANALNA, varijabilna	100-1000µl	LABLOGISTICS	814099	1344	01.07.2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
22.	KLIPNA PIPETA	jednokanalna, varijabilna research plus 2-20 yellow	2-20µl	EPPENDORF	116530Z	1411	26.08.2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
23.	KLIPNA PIPETA	jednokanalna, varijabilna research plus 20-200	20-200µl	EPPENDORF	102907Z	1412	26.08.2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
24.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna, varijabilna	100-1000µl	EPPENDORF	118499A	1543	22.11.2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
25.	AUTOMATSKA PIPETA	Jednokanalna, Varijabilna	20-200 µl	BRAND	17G73008	1919	25.09.2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	

ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ЗАПРЕМИНЕ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	AUTOMATSKA PIPETA	Research plus	0.5-10µl	Eppendorf	P18288C	1766	01. 2021.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
27.	AUTOMATSKA PIPETA	Research plus	2-20µl	Eppendorf	M31394C	1767	01. 2021.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
28.	AUTOMATSKA PIPETA	Research plus	20-200µl	Eppendorf	M32295C	1768	12. 2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
29.	AUTOMATSKA PIPETA	Research plus	100-1000µl	Eppendorf	M21390C	1769	12. 2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
30.	AUTOMATSKA PIPETA	Research plus	20-200µl	Eppendorf	Q43098H	2017	01.07.2020.	Provera najmanje 3 tačke (zapremine)	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:									
ПДВ:									
УКУПНО СА ПДВ-ом:									

Рок за извршење услуге еталонирања не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.

Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

/Место и датум/

М.П.

ПОНУЂАЧ

/Потпис овлашћеног лица/

АПАРАТИ ЗА МЕРЕЊЕ ОПТИЧКИХ ВЕЛИЧИНА									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Spektrofotometar	PHARO 300	UV-vis oblast	Merck	08282012	1776	05.2020.	Provera na dve talasne dužine u UV oblasti i na 3 talasne dužine u vidljivom delu spektra	
2.	Spektrofotometar	SPECORD S 600	UV-vis oblast	Analytik -Jena	212C178	1134	05.2020.	Provera na dve talasne dužine u UV oblasti i na 3 talasne dužine u vidljivom delu spektra	
3.	Atomski apsorpcioni spektrometar	A ANALYST 300	-	Perkin Elmer	041N 6091404	620	05.2020.	Provera na talasnoj dužini 324.7	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:									
ПДВ:									
УКУПНО СА ПДВ-ом:									

Еталонирање вршити у Заводу за јавно здравље Зрењанин.

Рок за извршење услуге еталонирања не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.

Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

ПАРТИЈА БРОЈ: 7

ICP-OES СПЕКТРОФОТОМЕТАР									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерања	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ICP OES	icap 7400 ICP-OES Duo	np	Thermo Fisher scientific	IC74DC14031 2	1746	05.2020.		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:									
ПДВ:									
УКУПНО СА ПДВ-ом:									

Еталонирање вршити у Заводу за јавно здравље Зрењанин.

Рок за извршење услуге еталонирања не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.

Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

ПАРТИЈА БРОЈ: 8

ВАГЕ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерања	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	VAGA SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJE M	AP 2140	210 g	Ohaus	122810010 9	1104	10.2020.	Provera na pet tačaka iz opsega	
2.	VAGA METLER	PN1210	1-1200 g	Mettler	536115	63	10.2020.	Provera na pet tačaka iz opsega	
3.	VAGA TEKATOR	6110 BALANCE	0.5-110 g	Tecator	6110	50	10.2020.	Provera na pet tačaka iz opsega	
4.	VAGA SARTORIUS	CPA 225D- OCE	0,0001-220 g	Sartorius	28310001	1775	10.2020.	Provera na pet tačaka iz opsega	
5.	ELEKTROMEХАНИ ЧКА VAGA	MW 120	0-120 gr	«CAS»	010700520	1322	08.08.2020 .	Provera na 10gr,30gr,60gr,90gr, 120gr	
6.	VAGA	EW 1500- 2M	0-1500 gr	«KERN»	077620 359	1269	08.08.2020 .	Provera na 1gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 100gr, 300gr, 1500gr	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:									
ПДВ:									
УКУПНО СА ПДВ-ом:									

Еталонирање вршити у Заводу за јавно здравље Зрењанин.

Рок за извршење услуге еталонирања не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.

Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

ПАРТИЈА БРОЈ: 9

ТЕРМОМЕТРИ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Živin termometar	Stakleni termometar punjen tečnošću- Živa	10-35°C	Tlos-Zagreb			07.2020.	Provera na tri tačke iz opsega	
2.	ŽIVIN TERMOMETAR	Stakleni termometar punjen tečnošću- Živa	0-240°C	Tlos-Zagreb	S 465-2002		07.2020.	Provera na tri tačke iz opsega	
3.	FRIŽIDER SA ZAMRZIVAČEM	HZS203-HZ20.5D Rashladna komora	-15 do -5°C	Gorenje	032022	73	07.2020.	Provera radne temperature	
4.	FRIŽIDER	-	-	Gorenje	-	1119	07.2020..	Provera radne temperature	
5.	RASHLADNI ORMAN	„COCA COLA“ KLASIK	-	Frigo Žika	-	874	07.2020.	Provera radne temperature	
6.	FRIŽIDER	-	-	Gorenje	-	1120	07.2020.	Provera radne temperature	
7.	FRIŽIDER	-	-	Gorenje	62531246	1849	07.2020.	Provera radne temperature	
8.	DIGITALNI TERMOMETAR	TESTO AG-925	-50-1000°C	Testo AG Nemačka	34728201/306	-	07.2020.	Provera na tri tačke iz opsega	
9.	TERMOREAKTOR DIGITALNI TERMOMETAR	CR2200	0-150°C	WTW	03070001	822	05.2020.	Provera na 120 i 148°C	
10.	ALKOHOLNI TERMOMETAR	Stakleni termometar punjen tečnošću- Alkohol	-10-200°C				07.2020.	Provera na tri tačke iz opsega	
11.	ALKOHOLNI TERMOMETAR	Stakleni termometar punjen tečnošću- Alkohol	-10-200°C				07.2020.	Provera na tri tačke iz opsega	

ТЕРМОМЕТРИ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	ALKOHOLNI TERMOMETAR	Stakleni termometar punjen tečnošću- Alkohol	-10-200°C				07.2020.	Provera na tri tačke iz opsega	
13.	ALKOHOLNI TERMOMETAR	Stakleni termometar punjen tečnošću- Alkohol	-10-200°C				07.2020.	Provera na tri tačke iz opsega	
14.	ALKOHOLNI TERMOMETAR	Stakleni termometar punjen tečnošću- Alkohol	-10-200°C				07.2020.	Provera na tri tačke iz opsega	
15.	Digitalni termometar	05601113	-20 do 230 °C	Testo AG	1124	-	11.2020.	Radna temperatura od -20 °C do +50 °C	
16.	Digitalni termometar	05601113	-20 do 230 °C	Testo AG	1125	-	11.2020.	Radna temperatura od -20 °C do +50 °C	
17.	Digitalni termometar	05601113	-20 do 230 °C	Testo AG	1126	-	12.2020.	Radna temperatura od -20 °C do +50 °C	
18.	DIGITALNI TERMOMETAR	D.T. MULTI	-50°C DO +200°C	-	2019343	-	05.2020.	Radna temperatura od -20 °C do +50 °C	
19.	DIGITALNI TERMOMETAR	D.T. MULTI	-50°C DO +200°C	-	2019344	-	05.2020.	Radna temperatura od -20 °C do +50 °C	
20.	DIGITALNI TERMOMETAR	D.T. MULTI	-50°C DO +200°C	-	2019345	-	05.2020.	Radna temperatura od -20 °C do +50 °C	
21.	DIGITALNI TERMOMETAR	D.T. MULTI	-50°C DO +200°C	-	2019346	-	05.2020.	Radna temperatura od -20 °C do +50 °C	
22.	Digitalni termohigrometar (Oprema za termostatiranje i održavanje vlage u vagaoni)	XMT-9007	(-20 °C do 70 °C) 0-100% RH	YUYAO CHANGJIANG	Rn-203-15	1797	07.2020.		

ТЕРМОМЕТРИ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	TERMOSTAT	Digitalni termometar	20-80°C	«SUTJESKA»	-	32	14.05.2020.	Radna temperatura 30°±1°C	
24.	TERMOSTAT	Digitalni termometar	20-80°C	«SUTJESKA»	-	33	06.2020.	Radna temperatura 41°-42,5°C	
25.	TERMOSTAT	Digitalni termometar	20-80°C	«SUTJESKA»	-	36	01.09.2020.	Radna temperatura 20-21°C	
26.	TERMOSTAT	Živin termometar	20-100°C	«SUTJESKA»	-	67	01.09.2020.	Radna temperatura 25°±1°C	
27.	TERMOSTAT	Digitalni termometar	20-80°C	«SUTJESKA»	-	68	14.05.2020.	Radna temperatura 44°±0,5°C	
28.	CO 2 INKUBATOR	DIGITALNI TERMOMETAR XMTL-308	0-200°C	BINDER	-	1133	14.05.2020.	Radna temperatura 35°±1°C	
29.	INCUBATOR	DIGITALNI TERMOMETAR	20-90°C	SELECTA	-	1262	05.2020.	Radna temperatura 35°±1°C	
30.	INCUBATOR	DIGITALNI TERMOMETAR	0-99,9°C	SELECTA	-	1263	06.2020.	Radna temperatura 33±2°C	
31.	Elektronski termoregulator ts37	Digitalni termometar sa eksternom sondom	0-100°C	Eliwell;ts37	-	-	19.05.2020.	Radna temperatura 37±1°C	
32.	VODENO KUPATILO	DIGITALNI TERMOMETAR	0-99,9°C	SUTJESKA	-	17	01.09.2020.	Radna temperatura 37±1°C	
33.	VODENO KUPATILO	Digitalni termometar	0-99,9°C	«SUTJESKA»	-	71	14.05.2020.	-	

ТЕРМОМЕТРИ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	VODENO KUPATILO	Digitalni termometar	10-100°C	«SUTJESKA»	-	89	14.05.2020.	Radna temperatura 80±1°C	
35.	VODENO KUPATILO	Digitalni termometar	0-120°C	«SUTJESKA»	-	90	01.09.2020.	Radna temperatura 47±1°C	
36.	VODENO KUPATILO	Digitalni termometar	0-200°C	«SUTJESKA»	-	91	01.09.2020.	Radna temperatura 44±1°C	
37.	VODENO KUPATILO	Digitalni termometar	10-99,9°C	VIMS ELEKTRIK TRSIC	-	973	04.2020.	Radna temperatura 45±1°C	
38.	Termometar sa ubodnom sondom Testo 108	DIGITALNI TERMOMETAR	-50° do +300°C	Testo AG	42615310	1798	14.05.2020.	Referentni termometar- provera na 10 tačaka iz opsega	
39.	KOHOV Ionac	DIGITALNI TERMOMETAR	0-100°C	VIMS ELEKTRONIK	20171102-SK/ AC	1933	Jun 2020.	-	
39.	LAB. FRIŽIDER		2-8°C	VESTFROST		700	12.2020.	Provera na tri tačke iz opsega	
40.	LAB. FRIŽIDER		2-8°C	VESTFROST		1395	12.2020.	Provera na tri tačke iz opsega	
41.	LAB. FRIŽIDER	LR440	0-15°C	Evermed Italija	s/n103410	1855	12.2020.	Provera na tri tačke iz opsega	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:									
ПДВ:									
УКУПНО СА ПДВ-ом:									

Еталонирање вршити у Заводу за јавно здравље Зрењанин.

Рок за извршење услуге еталонирања не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.

Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

ПАРТИЈА БРОЈ: 10

ТЕРМОСТАТСКЕ КОМОРЕ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SUŠNICA	TERMOSTATSKA KOMORA	60-200 °c	Sutjeska Beograd	94027	542	07.2020.	Provera na radnim temperaturama: 105°c	
2.	SUŠNICA	TERMOSTATSKA KOMORA	30-200 °c	Memmert	d 06060	607	07.2020.	Provera na radnim temperaturama: 105°c i 130 °c	
3.	SUŠNICA	TERMOSTATSKA KOMORA	50-200 °c	Istrumentarija Zagreb	1401	1313	07.2020.	Provera na radnoj temperaturi: 105°c	
4.	PEĆ ZA ŽARENJE	TERMOSTATSKA KOMORA	DO 1100 °c	Instrumentarija Zagreb		56	07.2020.	Provera na radnim temperaturama: 600°c i 900°c	
5.	PEĆ ZA ŽARENJE	TERMOSTATSKA KOMORA LPŽ-13D	DO 1100 °c	VIMS	20171101- MSOL/AC	1932	07.2020.	Provera na radnim temperaturama: 450°c; 650°c i 900°c	
6.	PEĆ ZA ZARENJE	TERMOSTATSKA KOMORA	do 1100°C	VIMS	20070920	1122	07.2020.	Provera na radnim temperaturama: 700°c i 750°c	
7.	SUŠNICA	TERMOSTATSKA KOMORA ST-05	50-200°c	Instrumentaria Zagreb	2819	60	07.2020.	Provera na radnim temperaturama: 105°c	
8.	TERMOSTAT ZA HLAĐENJE	TERMOSTATSKA KOMORA FTC 225L	3- 50°c (20°c)	Velp	1033457	821	07.2020.	Provera na radnim temperaturama: 20°c	

ТЕРМОСТАТСКЕ КОМОРЕ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	SUVI STERILIZATOR	Digitalni termometar	30°-250°C	Blu line	D160829	1837	14.05.2020.	Merenje na 5 tačaka (mesta) (radna temperatura 180°C)	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:									
ПДВ:									
УКУПНО СА ПДВ-ом:									

Еталонирање вршити у Заводу за јавно здравље Зрењанин.

Рок за извршење услуге еталонирања не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.

Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

ПАРТИЈА БРОЈ: 11

ТЕГОВИ									ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р. бр.	Назив опреме	Тип опреме	Опсег мерења	Произвођач	Серијски број	Инвентарни број	Еталонирање	Напомена	Цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ТЕГ ОД 100 МГ КЛАСА Е2	318-07	-	KERN & SOHN GMBH/ NEMAČKA	G1842449	-	12.2020.		
2.	ТЕГ ОД 1 Г КЛАСА Е2	316-01	-	KERN & SOHN GMBH/ NEMAČKA	G1842450	-	12.2020.		
3.	ТЕГ ОД 20 Г КЛАСА Е2	316-05	-	KERN & SOHN GMBH/ NEMAČKA	G1842451	-	12.2020.		
4.	ТЕГ ОД 100 Г КЛАСА Е2	316-07	-	KERN & SOHN GMBH/ NEMAČKA	G1842452	-	12.2020.		
5.	ТЕГ ОД 200 Г КЛАСА F1	326-08	-	KERN & SOHN GMBH/ NEMAČKA	G1842453	-	12.2020.		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:									
ПДВ:									
УКУПНО СА ПДВ-ом:									

Еталонирање вршити у Заводу за јавно здравље Зрењанин.

Рок за извршење услуге еталонирања не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.

Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.

У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ЕТАЛОНИРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПАРТИЈА БРОЈ _____

Закључен дана _____ године у Зрењанину, између:

Завода за јавно здравље Зрењанин, Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15, кога заступа мр сци. мед. др Здравко Ждрале, ПИБ: 100655222, МБ: 08169454, рачун број: 840-358667-51 који се води код Управе за трезор (у даљем тексту: Наручилац),

и

_____ са седиштем у _____, кога заступа _____, ПИБ: _____, МБ: _____, рачун број: _____ код _____

банке (у даљем тексту: Извршилац) и

понуђача као учесника заједничке понуде:

(Називи понуђача се наводе само у случају подношења заједничке понуде)

са подизвођачем у понуди:

(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем)

Уговорне стране претходно констатују да је Наручилац сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга еталонирања лабораторијске опреме редни број 4/2020 и да је Извршиоцу доделио Уговор о јавној набавци, те се закључује овај Уговор, како следи:

Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање услуга еталонирања лабораторијске опреме, партија број ____ (у даљем тексту: услуге), под условима и на начин предвиђен конкурсном документацијом Наручиоца.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да је конкурсна документација за јавну набавку услуга еталонирања лабораторијске опреме (ЈНМВ редни број: 4/2020) саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу изврши услуге еталонирања по спецификацији и ценама које су утврђене у понуди Продавца број: _____ од _____ која је саставни део овог Уговора.

Уговорена цена услуга из става 1. овог члан износи без ПДВ-а _____ динара, износ ПДВ-а је _____ динара, што укупно са ПДВ-м износи _____ динара.

Цена подразумева све трошкове које Извршилац има у реализацији предметне јавне набавке (трошкове превоза, издавање уверења о еталонирању, трошкове пореза и све друге обавезе и доприносе и др.).

Цена услуга које су предмет овог Уговора непроменљива је у периоду важења овог Уговора, без обзира на време извршења услуга и друге околности које утичу на формирање цена предметних услуга.

Члан 4.

Извршилац се обавезује да изврши услуге које су предмет овог Уговора у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Члан 5.

Извршилац се обавезује да услуге из овог Уговора обавља квалитетно придржавајући се у свему научних и стручних правила утврђених за вршење услуга које су предмет овог Уговора.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да плаћање врши након извршења услуга у року од 30 (тридесет) дана од дана испостављања фактуре.

Ако Наручилац не изврши плаћање у року, обавезује се да плаћа законску затезну камату.

Члан 7.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 8.

Извршилац се обавезује да услуге изврши у року од _____ дана од дана подношења захтева Наручиоца.

У случају прекорачења рока из става 1. овог члана, Извршилац ће бити у обавези да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5% од износа уговорене цене из чл. 3. став 2. овог Уговора, али не више од 5%.

Ако Извршилац касни са извршењем услуге више од 10 дана, Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор.

Члан 9.

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора могу се вршити само писменим анексом.

Члан 10.

На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно, у супротном, уговара се надлежност стварног надлежног суда у Зрењанину.

Члан 12.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној страни припадају по 2 (два) примерка.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

VII ОБРАСЦИ

- Образац 1 – подаци о понуђачу
- Образац 1а – подаци о подизвођачу
- Образац 1δ – подаци о учеснику у заједничкој понуди
- Образац 2 – понуда
- Образац 3 – изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН
- Образац 3а – изјава подизвођача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН
- Образац 4 – изјава о независној понуди
- Образац 5 – трошкови припреме понуде

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ	
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА	

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ	
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ	

ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

/Место и датум/_____
/Потпис овлашћеног лица/

*Образец 1а попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ	
АДРЕСА	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/_____
/Потпис овлашћеног лица/

*Образец 1б попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _____
АДРЕСА ПОНУЂАЧА _____
БРОЈ ПОНУДЕ _____
ДАТУМ ПОНУДЕ _____

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ ЕТАЛОНИРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА БРОЈ _____
(јавна набавка редни број: 4/2020)

- I Предмет јавне набавке су услуге – еталонирање лабораторијске опреме.
- II Техничка спецификација је саставни део ове понуде.
- III Понуда се подноси:
а) самостално
б) као заједничка понуда
в) као понуда са подизвођачем
(заокружити: а, б или в)
- IV ЦЕНА:
- цена без ПДВ-а _____
- ПДВ _____
- У к у п н о _____
- V РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: _____
/не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца/
- VI РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испостављања фактуре.
- VII РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____
/не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде/

ПОНУЂАЧ

/Место и датум/

М.П.

/Потпис овлашћеног лица/

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), понуђач _____ кога заступа _____ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

ИЗЈАВУ

Овом изјавом неопозиво се потврђује да _____

/назив понуђача/

испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и друге услове из конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга еталонирања лабораторијске опреме, партија број _____, редни број јавне набавке 4/2020, и то:

- 1) понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
- 4) понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

*Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју примерака.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), подизвођач _____ кога заступа _____ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

ИЗЈАВУ

Овом изјавом неопозиво се потврђује да _____

/назив подизвођача/

испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и друге услове из конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга еталонирања лабораторијске опреме, партија број _____, редни број јавне набавке 4/2020, и то:

- 1) подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

У складу са чланом 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, понуђач: _____ кога заступа _____ даје следећу

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну набавку мале вредности за набавку услуга еталонирања лабораторијске опреме, партија број _____, редни број 4/2020 поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

М.П.

/Место и датум/

/Потпис овлашћеног лица/

*Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју примерака.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _____
 АДРЕСА ПОНУЂАЧА _____
 БРОЈ ПОНУДЕ _____
 ДАТУМ ПОНУДЕ _____

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

СТРУКТУРА:	ИЗНОС:
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____

Укупно: _____

ПОНУЂАЧ

/Место и датум/

М.П.

/Потпис овлашћеног лица/

*Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.