

Број: 1746/1

Дана: 02.06.2020.године

**ОДГОВОР
НАРУЧИОЦА НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСЕК
ОПРЕМЕ
РЕДНИ БРОЈ 8/2020**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на упућен захтев заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности редни број 8/2020 упућеног путем електронске поште на адресу наручиоца, заведеног под бројем 1746 од 01.06.2020.године

Питање :

као додатни услов за партију 2 јавне набавке бр.8/2020 наведено је:

„Ауторизација RAYPE“

Сертификат о завршеној обуци код RAYPE.

Сертификат о завршеном курсу за рад са опремом под притиском.“

У табели у којој се наводи врста услуге пише да је потребно извршити „проверу“ опреме са списка. У правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе (службени гласник РС 87/11 и 75/13) неведено је у члану 18 „Испитивање и подешавање сигурносних уређаја може обављати правно лице које испуњава све захтеве стандарда SRPS ISO IEC 17025“ а не ауторизацију RAYPE...

Молим Вас да преиспитате захтев који сте навели у конкурсној документацији како би обезбедили компетентно извршење услуге и како не би ограничили конкуренцију у овом поступку.

Одговор :

Како је предмет јавне набавке одржавање односно сервисирање апарата – аутоклав „RAYPA“ наручилац остаје при захтеваним условима.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ